

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2021-OCI/3882-S00		
Asunto:	Operatividad de las camas camilla multipropósito eléctrica tipo UCI para uso de personas afectadas por COVID-19		
Entidad:	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: TRUJILLO	Distrito: TRUJILLO
Fecha de emisión del informe:	14/09/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	X
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Situaciones identificadas:</b></p> <p>1 - Treinta (30) camas camilla multipropósito eléctrica tipo UCI para uso de personas afectadas por COVID-19, adquiridas por el Gobierno Regional La Libertad, que recibió la conformidad del Hospital Regional Docente, se encuentran inoperativas al presentar fallas, lo que podría generar que en una inminente tercera ola no se cuente con el equipamiento necesario para atender a la población con enfermedad grave; así como estas se deterioren al encontrarse a la intemperie.</p>
---	---