

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	030-2024-OCI/2814-SCC		
Título del informe:	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE OXÍGENO MEDICINAL Y DISTRIBUCIÓN DEL OXÍGENO MEDICINAL EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA		
Detalle:	Determinar la operación y producción de las plantas generadores de oxígeno medicinal, si se realiza en cumplimiento a lo establecido a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	RED DE SALUD JAUJA		
Monto de la materia de control:	S/ 500,000.00		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: JAUJA	Distrito: JAUJA
Fecha de emisión de informe:	10/09/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNÍN		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y CON EL RESPONSABLE DE LA PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL, GENERANDO RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE OXÍGENO MEDICINAL E INADECUADA OPERACIÓN DE AMBAS PLANTAS GENERADORAS, POR FALTA DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DEL OXÍGENO MEDICINAL.</p> <p>2. LA ENTIDAD NO CUMPLE CON LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LOS CILINDROS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA MANTENER LA TRAZABILIDAD Y EL CONTROL DE LLENADO DEL OXÍGENO MEDICINAL, LO QUE GENERA RIESGO DE NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OXÍGENO MEDICINAL Y LA SALUD DE LOS PACIENTES.</p> <p>3. LA ENTIDAD INCUMPLIÓ CON ESTABLECER POR ESCRITO LAS FUNCIONES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y LAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE CADA INTEGRANTE PARA LA GESTIÓN DEL OXÍGENO MEDICINAL, AFECTANDO LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS,</p>
---	---

SUPERVISIONES Y GESTIONES PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD; GENERANDO RIESGO DE NO REALIZAR UN ADECUADO CONTROL DE CALIDAD DEL OXÍGENO MEDICINAL Y ASEGURAR LA SALUD DE LOS USUARIOS.

4. LA ENTIDAD NO CUENTA CON EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y AMBIENTE PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD DEL OXÍGENO MEDICINAL PROVENIENTE DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL Y DE LA COMPRA DE OXÍGENO MEDICINAL DE PRIVADOS O TERCEROS, ASÍ COMO TAMPOCO GENERA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS RELACIONADOS; LO CUAL GENERA RIESGO A LA SALUD Y VIDA DE LOS PACIENTES QUE HACEN USO DEL OXÍGENO MEDICINAL QUE SE GESTIONA DENTRO DE LA ENTIDAD.

2024-CSI-2814-00031