

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2025-OCI/4529-SVC		
Título del informe:	AL ÁREA DE FARMACOTECNIA Y UNIDAD FUNCIONAL DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA		
Detalle:	DETERMINAR SI EL ÁREA DE FARMACOTECNIA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA VIENEN EFECTUANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE.		
Entidad auditada:	HOSPITAL II - 2 SULLANA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: PIURA	Provincia: SULLANA	Distrito: SULLANA
Fecha de emisión de informe:	16/01/2025		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - AMBIENTE DE PREPARACIÓN DE MEZCLAS PARENTERALES PARA TERAPIA NUTRICIONAL, NO GARANTIZA LA SEGURIDAD E INOCUIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO, GENERÁNDOSE EL RIESGO DE AFECTAR LA SALUD DE LOS PACIENTES BENEFICIARIOS.</p> <p>2 - PREPARACIÓN DE MEZCLAS PARENTERALES NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS APROBADOS, NO GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO, GENERÁNDOSE EL RIESGO DE AFECTAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES USUARIOS.</p> <p>3 - CÁMARA DE FLUJO LAMINAR UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS PARENTERALES NO CUENTA CON MANTENIMIENTO, AFECTANDO SU EFICACIA Y PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL Y EN CONSECUENCIA GENERA EL RIESGO DE NO BRINDAR EL SERVICIO A LOS PACIENTES.</p> <p>4 - FALTA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, GENERA RIESGO DE AFECTACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN CONSECUENCIA</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	EN LA SALUD DE LOS USUARIOS.
--	------------------------------

2025-CSI-4529-00001